

Dmed® halux 50 P FX

DONNÉES TECHNIQUES

LAMPE D'EXAMENS

EQUIPEMENT	1 x lampe halogène QR-CBC51 50W/10° GU5.3 12V - D68727000
RENDEMENT LUMINEUX	48 000 Lux / 0,5 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>= 98
TEMPERATURE DE COULEUR	env. 4100 K
APPAREILLAGE	transformateur électronique
CORDON D'ALIMENTATION	env. 3 m fiche anglaise
TÊTE DU LUMINAIRE	polycarbonate (PC)
POIDS (NET)	env. 1.5 kg
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 50 W
COMPENSATION D'ARTICULATION	ressort
CLASSE DE PROTECTION	II
ACCESSOIRE	filtre de correction chromatique (env. 4100 K)
NORMES	EN 60601-1, EN 60598-2-25
FIXATION	piètement à roulettes, rail, table, mur, embout (16 mm W), (vendus séparément)
N° COMMANDE	D13532000 - blanc pur



RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

DESSIN TECHNIQUE

