

<i>Description générale</i>	Album ISHIHARA composé de 38 pages.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon sec et doux.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant papier	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Couverture = Carton #28, Page = Papier de laine noir, Étui = carton #11	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Conditionnement</i>	Oui	Dans un étui blanc
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Nom, nombre de planche, année, Éditeur, origine, CE
<i>Références</i>	32 800 00	
<i>Désignation</i>	Album test Ishihara	
<i>Dimension Lo x la x h(mm)</i>	195 x 150 x 36	
<i>Résistance Température</i>	-10 à +45°C	
<i>Nombre de page</i>	38	
<i>Poids net (g)</i>	517	
<i>Couleurs</i>	Noir	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de déceler les déficiences de couleurs	
<i>Mode d'emploi</i>	<p>De façon une interprétation correct des tests, l'examen aura lieu dans une pièce convenablement éclairée par la lumière du jour. Une examen sous rayonnement solaire direct ou un éclairage par lampes à incandescence ordinaires doit être proscrit car les couleurs sont modifiées très sensiblement provoquant ainsi des différences importantes dans l'interprétation des tests. Si l'on trouve cependant dans l'obligation d'avoir recours à la lumière électrique, on utilisera un éclairage se rapprochant de la lumière du jour.</p>	
<i>Précaution d'emploi</i>	<p>L'album doit être tenu à 75 cm du sujet et perpendiculairement à l'axe visuel. L'ordre normal des planches est repéré par un chiffre imprimé au verso de chacune d'elles. Les chiffres figurant sur les planches numérotées de 1 à 25 doivent être reconnus en 3 secondes au maximum. Si le sujet ne connaît pas ses chiffres, on aura recours aux planches 26 à 28 sur lesquelles le tracé sinueux entre les deux X sera parcouru au moyen d'un pinceau en 10 secondes maximum.</p> <p>Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser toute la série des planches. Ainsi les planches 22_23_24 et 25 pourront ne pas être présentées au sujet si l'examen a simplement pour objet de sélectionner les sujets qui ont une vision normale des couleurs en les séparant de ceux qui présentent une dyschromatopsie. Dans les cas de simple dépistage, on pourra même se contenter de la présentation de 6 planches. Si le sujet hésite, lors de la lecture de ces 6 planches, on soumettra à l'examen complet. Par ailleurs, on pourra varier l'ordre des planches s'il semble que l'on se trouve en présence d'un simulateur.</p>	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui / dans des conteneurs à papier recyclable.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	