COMED

ECKBOLSHEIM

STERILISATEUR POUPINEL

FICHE TECHNIQUE ET DE SECURITE

Réf. N°: 46 000 06

Description générale	Stárilia	Stáriliantour à nir aboud 6 litras	
Description générale		Stérilisateur à air chaud 6 litres Oui Photo, mode d'emploi	
Pièces jointes Référence lot		Photo, mode d'emploi	
Dispositif raccordé	Oui Non	Numéro de série	
Dispositif Usage	NOIT		
	Non		
Unique Dispositif stérile	Non		
Stérilisation	Non		
Autoclavable	Non		
Nettoyage	Oui	Avec up tiggu dour et de l'equi pe per utilizer d'egides en de geliente	
Substance impropre		Avec un tissu doux et de l'eau, ne pas utiliser d'acides ou de solvants.	
Pièces constitutives		Produit attaquant l'acier inoxydable, la fibre de verre et le silicone Oui Un panier en inox	
rieces constitutives		Chambre intérieur, pinces et couvercle en acier inox, bourrelet en silicone,	
Matières	isolation	solation en fibre de verre.	
Étiquetage	Non		
Conditionnement	Oui	Carton individuel	
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.	
Marquage sur le DM	Non		
Références		46 000 06	
Désignation		Stérilisateur Poupinel	
Dimension Lo x la x h(mm)		Intérieure = 410 x180 x90	
		Extérieure = 490 x330 x230	
Capacité (L)		6	
Résistance température		-5 à 200°C	
Thermostat		0 à 200°C	
Temporisateur		Mécaniquement : 0 à 120 min + positionnement manuel	
Thermomètre		Jusqu'à 250°C	
Puissance		400 W	
Tension Poids not (a)		230 V, 50Hz	
Poids net (g) Couleurs		8000	
		Blanc et inox brillant	
Utilisation		Dispositif permettant de stériliser des instrument de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.	
Mode d'emploi			
wode a emploi		Voir mode d'emploi Cet appareil ne doit être utilisé que par le personnel autorisé et parfaitement	
		familiarisé à l'usage correcte de l'appareil.	
		Il doit uniquement servir à stériliser des instruments de chirurgie ou de	
		instruments dans le domaine médical et paramédical.	
Précaution d'emploi		Ne pas modifier, échanger ou détériorer les protections électronique et	
		thermostat de l'appareil.	
		Ne pas nettoyer ou réparer le stérilisateur pendant qu'il est sous-tension ou	
		lorsque la chambre de stérilisation est chaude. Vérifier régulièrement que le	
		câble d'alimentation est en bonne état.	
Recyclage/Récupération		Dans des bacs pour matériel électrique	
DEEE/REACH		Oui / NC	
PVC/ PHTALATES Non/ Non			
Données de sécurités Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul			

COMED sarl , Z.A. ECKBOLSHEIM , 3 Rue Alfred Kastler 67087 STRASBOURG CEDEX 02 FRANCE Mise à jour : CD/ 04.06.09 www.comed.fr ISO 9001 : 2000 / EN 13485 :2003